

Phenyl HP Chromatography Column, 5 mL

Phenyl HP 强疏水层析预装柱, 5 mL

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Phenyl HP Chromatography Column, 5 mL (Phenyl HP 强疏水层析预装柱, 5 mL)	20487ES08	5 mL

产品描述

疏水作用层析 (hydrophobic interaction chromatography, HIC) 是利用生物分子所带有的疏水基团和固定相上的疏水配基之间的相互作用来分离物质的一种层析方法, 盐离子可以破坏生物分子表面的水化膜, 促进疏水基团和配基之间的结合。

Phenyl Agarose HP 疏水介质的基架为高度交联的琼脂糖, 保留了天然多糖化合物极好的亲水性及孔结构, 对生物大分子具有很好的相容性, Phenyl Agarose HP 的平均粒径为 34 μ m, 与 Phenyl Agarose FF 相比具有较高的分辨效率, 其表面含有疏水性配基, 配基是苯基, 特别适用于重组蛋白、抗体、疫苗、VLP 颗粒等疏水性强弱一般的生物分子的精细分离纯化。

本品 Phenyl HP Chromatography Column 是专门为快速、简便和高效分离纯化生物大分子的疏水层析预装柱。本品为装填了 5 mL 的 Phenyl Agarose HP 填料的中压预装柱, 该预装柱具有标准接口, 可以适配商品化的各类中压色谱系统, 如 ÄKTA 等, 方便客户操作。

产品性质

基质	6% 的高度交联的琼脂糖
粒径	25-45 μ m
功能基团	苯基
载量	25 mg IgG 或 20 mg BSA/mL
建议流速	\leq 150 cm/h
pH 工作范围	3-13
PH 稳定性	2-14 (短时间, 在位清洗); 4-13 (长时间)
化学稳定性	常用的水相缓冲液; 1 mol/L 氢氧化钠; 8 mol/L 尿素; 6 mol/L 盐酸胍; 70% 乙醇
储存缓冲液	20%乙醇
柱子尺寸	1.6 \times 2.5 cm (5 mL)

运输和保存方法

冰袋运输。4-30 $^{\circ}$ C 保存, 有效期 2 年。

注意事项

- 1) 请勿冷冻保存本产品。
- 2) 填料使用前一定要充分颠倒若干次, 使琼脂糖珠混合均匀。
- 3) 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4) 本产品仅作科研用途!

使用方法

1 缓冲液的准备

- 1) 所用水和 Buffer 在使用前最好用 0.22 μ m 或 0.45 μ m 滤膜过滤。
- 2) 结合缓冲液通常选用含有高浓度盐的磷酸盐缓冲液, 如 20 mM PB, 1.5 M (NH₄)₂SO₄, pH7.0。
- 3) 洗脱缓冲液通常选用不含其他盐类的磷酸盐缓冲液, 如 50 mM PB, pH7.0, 对于较难洗脱的物质可以采用纯水, 或者在

纯水中加入低浓度乙醇作为洗脱液。

注：需要根据后续的实验结果（目的物是否有沉淀、目的物的结合强弱、回收率、分离度等）对结合缓冲液中的盐的浓度和类型进行调整。

2 样品准备

样品在使用前最好用 0.22 μm 或 0.45 μm 滤膜过滤，减少杂质，提高蛋白纯化效率和防止堵塞柱子。需要将样品的 pH 和电导率调整到与结合缓冲液一致。

3 样品纯化

- 1) 将泵管道中注满去离子水。去掉上塞子，将层析柱连接至色谱系统中。再折断下口，将预装柱接到色谱系统中，并旋紧。
- 2) 用 3-5 倍柱体积的去离子水冲洗出储存缓冲液，然后用 5 倍柱体积的结合 Buffer 进行平衡，使填料处于与目的蛋白相同的缓冲体系下，起到保护蛋白的作用。
- 3) 将样品加到平衡好的预装柱中，收集流出液。
- 4) 用 10-15 倍柱体积的洗杂 Buffer 进行清洗，去除非特异性吸附的杂蛋白，收集洗杂液。
- 5) 使用 5-10 倍柱体积的洗脱 Buffer，收集洗脱液，即目的蛋白组分。
- 6) 依次使用 3 倍柱体积的结合 Buffer 和 5 倍柱体积的去离子水平衡填料，最后再用 5 倍柱体积的 20% 的乙醇平衡，然后保存在等体积的 20% 的乙醇中，置于 4 度保存，防止填料被细菌污染。

4 填料清洗

疏水层析填料每次使用后可以分别用 2-3 倍柱体积的 30% 异丙醇（70% 乙醇）、3 倍柱体积的纯化水冲洗层析柱，然后用至少 3 倍柱体积的平衡液进行平衡。

CIP (Cleaning In Place) 清洗

疏水层析填料可以重复使用，但随着非特异性结合的蛋白的增多和蛋白的聚集，往往造成流速和结合载量都下降，这时可按照下面方法对树脂进行清洗。

- 1) 先用 2 个柱体积的纯化水冲洗掉结合比较紧的蛋白。
- 2) 对于强疏水性蛋白、沉淀蛋白的去除：先用 2~3 个柱体积 1M NaOH 清洗，然后立即用 5~10 个柱体积纯水冲洗。
- 3) 脂蛋白和脂类物质的去除：先用 5~10 个柱体积的 70% 乙醇或 30% 异丙醇清洗，后用 5~10 个柱体积纯水冲洗。
- 4) 也可将上述两种清洗条件结合进行清洗，即用含有 1M NaOH 的 30% 异丙醇溶液清洗。